

2025年 8月 7日

お得意様各位
関係者各位

株式会社啓愛義肢材料販売所



自主回収のお知らせ

謹啓

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、下記の製品について使用状況によってピラミッドレシーバーとチューブの接続部が回旋することにより、事故が発生する可能性があることが判明しました。これに伴い製品の回収をさせていただきます。安全試験については改めて現在実施中ですが、複数の破損が確認できましたので試験結果を待たずに回収することに決定いたしました。

安全試験の結果につきましては、分かり次第、ご報告させていただきます。

また、ご使用中の製品に関しましても、大変申し訳ございませんが回収対象とさせて頂き交換をさせていただきます。未使用の在庫及びご利用者様使用品の回収を含めご協力をお願いします。

本件に関してご心配をお掛けしますことを深くお詫び申し上げますとともに誠に恐縮ではございますが、回収と交換のご協力をお願い申し上げます。

謹白

－ 記 －

1. 対象製品

骨格構造義足 義足調整用部品 チューブ ピラミッド（メス付）

型番 K-TB58ATI 部品名称 ピラミッドレシーバーチューブ チタン

型番 K-TB58AAL 部品名称 ピラミッドレシーバーチューブ アルミ

2. 回旋するケースの使用状況

チューブアルミとピラミッドレシーバーの接続部に回旋が認められた。



3. 原因

チューブアルミとピラミッドレシーバーの結合部のはめあい公差および接着力不足

4. 交換対応製品

アルミの場合

K-TB884AAL (チューブアルミ 400mm ($\phi 30$)) と K-CA75AAL (ピラミッドレシーバー
チューブクランプ アルミ ($\phi 30$))

チタンの場合

K-TB884AAL (チューブアルミ 400mm ($\phi 30$)) と K-CA75ATI (ピラミッドレシーバー
チューブクランプ チタン ($\phi 30$))

5. 時期

即日

【お問い合わせ窓口】

株式会社啓愛義肢材料販売所

TEL 048-837-5211 又は営業担当者

以上